

**รายละเอียดลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

รายการ : กระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม ๓๐G ยาว ๘ มิลลิเมตร ชนิด ๐.๕ มิลลิลิตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัด
ปริมาณ จำนวนเฉลี่ย ๒๕๒,๗๓๖ ชิ้น

๑. ความต้องการ

กระบอกฉีดยาอินซูลีนขนาดเข็ม ๓๐G ยาว ๘ มิลลิเมตร ชนิด ๐.๕ มิลลิลิตร แบบราคาคงที่ไม่จำกัด
ปริมาณ จำนวนเฉลี่ย ๒๕๒,๗๓๖ ชิ้น มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อเตรียมการจัดหาวัสดุการแพทย์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้าน-
แพ้ว (องค์การมหาชน)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นกระบอกฉีดยาผ่านผิวนัง ปราศจากเชื้อไวรัสเดี้ยงดีเรีย ๐.๕ ซีซี (มีเข็มแบบถอดหัวเข็มไม่ได้)

๓.๒ มีการทำให้ปราศจากเชื้อทุกส่วนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากเชื้อไวรัสเดี้ยงดีเรีย

๓.๔ การผ่าเชื้อชนิด Ethylene oxide มีอายุยา ๕ ปี (Prolong Validity)

๓.๕ บรรจุกล่องละ ๑๐๐ ชุด โดยระบุเลขที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมวดอายุตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๕๓๗) ไว้ข้างกล่อง และเป็นฉลากกล่องภาษาไทยอ่านง่ายชัดเจน

๓.๖ การรับรองมาตรฐานมีการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๐๘๔-๒๕๕๒), ISO
๙๐๐๑, ISO๑๓๔๘๕

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ กระบอกฉีดยาผ่านผิวนังปราศจากเชื้อไวรัสเดี้ยงดีเรีย ขนาด ๐.๕ ซี.ซี. มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ ส่วนของกระบอกฉีดยา

(๑) กระบอกฉีดยาเมื่อส่วนประกอบ ๓ ชิ้น คือ

ตัวกระบอกฉีด (Barrel)

- ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) ชนิดโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นระดับยาใน
กระบอกฉีดยา และตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและฟองอากาศได้ง่าย

- ไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

- มีจีดบอกปริมาตร เป็นมิลลิลิตร ขนาด ๐.๑ - ๑.๐ มล.

- ตัวเลขและขีดบอกปริมาตรชัดเจน ไม่หลุดลอกและอ่านง่าย

- เป็นกระบอกฉีดยาติดเข็มชนิดถอดไม่ได้สำหรับฉีดอินซูลิน

ก้านฉีด (Plunger)

- ทำจากสาร Polystyrene (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

ส่วนปลายก้านฉีด (Gasket)

- ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด

- Gasket เป็นแบบ Double Ring Gasket ออกแบบพิเศษป้องกันไม่ให้ก้านฉีดหลุดจากระบบอุบัติฯ ได้ง่ายและป้องกันอาการซึมผ่านรวมทั้งกันการรั่วไหลของน้ำยา (Leakage)

- เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ) (No Latex Allergy)

(๒) ระบบอุบัติฯ ประกอบด้วยระบบอุบัติฯ ๐.๕ ซีซี พร้อมเข็มชนิดถอดหัวเข็มไม่ได้ เข็ม ๓๐G ยา ๘ มิลลิเมตร

- การหล่อลื่นสารหล่อลื่นที่ใช้เพื่อลูกสูบเคลื่อนที่ได้สะดวก ต้องไม่ก่อให้เกิดสารพิษหรือผลเสียต่อยา อินซูลินเมื่อใช้ในสภาพปกติ

๔.๑.๒ ส่วนของ Disposable Needle

- ตัวเข็มทำจาก Stainless Steel (Medical Grade) เคลือบสารหล่อลื่นซิลิโคนทั้งหมด ทำให้ดูดยาเดินยาได้ง่าย และช่วยลดแรงเสียดทานขณะแทงเข็ม

- ปลายเข็มเป็นแบบ Double Bevel/Tri Lancet Point ช่วยลดความเจ็บปวดให้คนไข้

- ปลอกสวมเข็มมีระบบล็อกไม่หลุดง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (Contamination) , เข็มบิดงอและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

- ตัวมีเข็ม (Hub) มีสีบลูเบอร์เข็ม (Gauge) เป็นมาตรฐาน

๔.๑.๓ การบรรจุและปราศจากเชื้อ

- ระบบอุบัติฯ บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบ Peel Apart Blister Pack ชนิด Double Plastic Sheet ทั้ง ๒ ด้าน ทำให้มีความปลอดภัยต่อการติดเชื้อขณะเปิดซอง และทำให้ปราศจากเชื้อโดย Electron Beam หรือ Ethylene Oxide Gas หรือ Gamma Ray

- ปลอกหุ้มเข็ม มีลักษณะแข็ง สามารถเข้ากับระบบอุบัติฯ ได้สะดวก กระชับแน่นไม่เลื่อนหลุด

- การแสดงฉลาก การแสดงฉลากที่ระบบอุบัติฯ อุบัติฯ ทุกระบบ กองอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น “U-๔๐” “U-๑๐๐”

- การแสดงฉลากบนของบรรจุระบบอุบัติฯ แต่ละซองต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ อาจมีข้อความภาษาอื่นที่มีความหมายตรงกันด้วยก็ได้ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(๑) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น “U-๔๐” “U-๑๐๐” หรือถ้ามีการใช้สีแสดงขนาดของอินซูลิน ให้ใช้สีแดง สำหรับระบบอุบัติฯ ฝาครอบหัวฉีดฝาครอบเป็นดัน และ/หรือของบรรจุ

(๒) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน

(๓) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร

(๔) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์

(๕) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

(๖) วิธีใช้เชื้อ

(๗) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ

(๘) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว

(๙) เดือนปีที่ทำการฆ่าเชื้อ

(๑๐) เดือนปีที่หมดอายุการฆ่าเชื้อ

(๑) คำเตือนที่มีความหมายแสดงว่าไม่ให้นำไปใช้ถ้าของบรรจุชำรุดหรือเปิดแล้ว (เฉพาะแบบที่บรรจุของลง ๑ หน่วย)

(๒) ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือขนาดเข้มฉีด (G) และความยาวของเข็มฉีด เป็นมิลลิเมตรสำหรับกรอบฉีด อินซูลินแบบพร้อมเข็ม

-การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุรวมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งทุกหน่วย ต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีข้อความภาษาอื่นที่มีความหมายตรงกันด้วยก็ได้ โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- (๑) ชื่อกรอบฉีดอินซูลิน
- (๒) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น “P-๕๐” “P-๑๐๐”
- (๓) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
- (๔) ชื่อและสถานที่ตั้งสถานที่ผลิต หรือนำเข้าแล้วแต่กรณี สำหรับกรอบฉีดอินซูลิน ที่นำเข้าให้แสดงชื่อสถานที่ผลิตและประเภทผู้ผลิตด้วย
 - (๕) จำนวนกรอบฉีดอินซูลินที่บรรจุ
 - (๖) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
 - (๗) วิธีการใช้ชื่อ
 - (๘) วิธีการเก็บรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้กรอบฉีดอินซูลิน หรือของบรรจุเสื่อมคุณภาพหรือสูญเสียสภาพประปาจากเชื้อ
 - (๙) ข้อความว่า “ปราศจากเชื้อ”
- (๑๐) ข้อความว่า “ใช้ได้ครั้งเดียว” แสดงด้วยอักษรสีแดง
- (๑๑) ข้อความว่า “ห้ามนำไปใช้ถ้าของบรรจุชำรุด หรือเปิดแล้ว”

๕. เงื่อนไขเฉพาะ


- ๕.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๕.๒ อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๓ ปี ก่อนหมดอายุ
- ๕.๓ กำหนดส่งมอบของภายนอกใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซึ่งของโรงพยาบาล
- ๕.๔ นำตัวอย่างมาในวันเปิดของ จำนวนอย่างละ ๖ กล่อง
- ๕.๕ เอกสารรับรองคุณภาพต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทยแบบ마다วย
- ๕.๖ แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

..... ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)

..... กรรมการ

(นางสาวสุรีพร อิศวารานนท์)

..... กรรมการ

(นางสายหยุด ออมรลักษณ์ปรีชา)