



ประกาศโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๕,๓๒๐ แพ็ค¹
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๕,๓๒๐ แพ็ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๕,๓๒๐ แพ็ค

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในข้อหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งกระทบหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่งกระทบและความคุ้มกัน เช่นว่า�ั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุริยการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น ข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง พอก็จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา.rับรอง (กรณี ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bphosp.or.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๗๘๕๕๕ ต่อ ๑๐๗๐,๙๕๗๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวณีญ์ กีกุดยามแพ้ว)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Banphaeo General Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อ
(แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๕,๓๒๐ แพ็ค

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในฐานะที่เป็นศูนย์ที่มีทีมแพทย์และทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลรักษา มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้การตรวจวิเคราะห์ถูกต้องและแม่นยำ รักษาโรคได้อย่างกว้างขวางให้แก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบและประชาชนทั่วไป

จากเหตุดังกล่าว มีความประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เอื้ออำนวยในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเพื่อเตรียมพร้อมให้เพียงพอแก่การใช้งานของผู้รับบริการ จึงขออนุมัติจัดซื้อ ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๕,๓๒๐ แพ็ค โดยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป แบบอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว ใช้ในการประกันคุณภาพระบบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านผลในการตรวจสอบภายใน ๒๔ นาที เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่อง Auto – reader รุ่น ๔๕๐ H

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประการราคาซื้อด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ นายอนุพันธ์	สารสนธิ	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นางจิราภา	แสงคำ	กรรมการ
ลงชื่อ นางสาวสุมนต์	แสงเงิน	กรรมการ

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง

๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคainรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศเชิญชวน

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้


(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัตตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ นายอนุพันธ์	สารมณี	ประธานกรรมการ	
ลงชื่อ นางจิราภา	แสงค้า	กรรมการ	
ลงชื่อ นางสาวสุมนต์	แสงเงิน	กรรมการ	

(๔) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โดยจะพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) กำหนด ดังนี้

๖.๑ หอทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๔,๓๒๐ แพ็ค

(๑) ราคายื่นข้อเสนอ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๙๐

โดยมีวิธีการให้คะแนน ดังนี้ (คะแนนเต็ม/คะแนนจากการพิจารณา)*๑๐๐

๗. วงเงินงบประมาณ

๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากเงินรายได้ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาก่อสร้าง

ลงชื่อ นายอนุพันธ์

สารบบ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นางจิราภา

แสงค้า

กรรมการ

ลงชื่อ นางสาวสุมนต์

แสงเงิน

กรรมการ

๑๐. ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ นายอนุพันธ์	สารมณี	ประธานกรรมการ	
ลงชื่อ นางจิราภา	แสงค้า	กรรมการ	
ลงชื่อ นางสาวสุมนต์	แสงเงิน	กรรมการ	

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูปสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป แบบอ่านผลได้อย่างรวดเร็ว ใช้ในการประกันคุณภาพระบบ การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไอน้ำ อ่านผลในการตรวจสอบภายใน ๒๔ นาที เมื่อใช้งานร่วมกับเครื่อง Auto - reader รุ่น ๔๕๐ H

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป อ่านผลการตรวจสอบภายในใน ๒๔ นาที สำหรับการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไอน้ำ ในระบบการไล่อากาศออกแบบไดนามิก (dynamic-air-removal) ได้แก่ Prevacuum และใช้อ่านผลกับเครื่องอ่านผล รุ่น ๔๕๐ H ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล

๒. ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป ประกอบด้วย หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ ๑๔๗V Super Rapid Readout Biological ภายในหลอดประกอบด้วยเชื้อ Geobacillus stearothermophilus ATCC® ๗๘๕๓ จำนวน สปอร์ไม่ต่ำกว่า ๑.๐ x ๑๐^³ CFU และอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ ความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ ที่ระบุในมาตรฐาน ISO ๑๗๖๓ Parts ๑&๓ : ๒๐๑๗ และ มีตัวตรวจสอบทางเคมี ๑๒๔๙A Comply SteriGage Steam Chemical Integrator ที่อยู่ภายใต้ห้องทดสอบด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ อ่านผลได้ง่ายโดยดูจากการเคลื่อนที่ของผลึกสารเคมีเข้าช่อง Accept หรืออยู่ ในช่อง Reject ผลิตได้ตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO ๑๗๖๐-๑:๒๐๑๔ ชนิด Type ๕ ได้รับเครื่องหมาย Kitemark เลขที่ KM ๖๕๗๕๓๓ จาก BSI

๓. แผ่นบันทึกข้อมูล สามารถกรอกรายละเอียดในการตรวจสอบ เช่น วันที่ แผนก เครื่องฆ่าเชื้อ และ รอบในการอบ เพื่อใช้ในการทราบสอบกลับ

๔. แผ่นกระดาษภายนอกห่อ จำลองสภาพภาวะในการทดสอบ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับห้องเครื่องผ้า ๑๖ towel pack ซึ่งกำหนดไว้โดย The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)

๕. ฉลากบนห้องอบ lot. number และ วันหมดอายุ พร้อมทั้งแผ่นวงกลมสีเหลืองนวล เพื่อใช้เป็น process indicator ในการบ่งชี้ว่าห้องทดสอบได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว

๖. อ่านผลการตรวจสอบได้รวดเร็วภายใน ๒๔ นาที เมื่อใช้ร่วมกับเครื่อง Attest Auto-reader รุ่น ๔๕๐ H ซึ่งพื้นที่เวอร์ชันสูงกว่า ๕.๒.๐ ซึ่งเป็นเครื่องอ่านผลที่มีอยู่ในโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดรายการ

ลงชื่อ นายอนุพันธ์	สารมณี	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ นางจิราภา	แสงคำ	กรรมการ
ลงชื่อ นางสาวสุมนต์	แสงเงิน	กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ (ต่อ)

๗. ค่าความน่าเชื่อถือในการอ่านผล $\geq 87\%$ ตามข้อกำหนดของ FDA ๕๑๐ (k) เรื่องการลดระยะเวลาในการอุ่นเชื้อและอ่านผล

๘. ภายนอกล่องบรรจุ Quality Assurance Certificate ระบุรายละเอียดของจำนวนสปอร์ฟ Survival/Kill time D-Value เป็นต้น ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO ๑๗๓๘๔-๒๐๑๗

๙. ขนาดบรรจุ ๒๔ ห้องทดสอบต่อหนึ่งกล่อง พื้นที่บรรจุคงเหลือ ๒๔ หลอด

๑๐. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑

เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. ผู้เสนอราคา ต้องนำผลิตภัณฑ์มาทดลอง จำนวน ๓ แพ็ค ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อประกอบการพิจารณาผล และงบรายละเอียดได้ครบถ้วน ตามที่กำหนดในหัวข้อคุณลักษณะเฉพาะข้างต้น

๒. ผู้เสนอราคา ต้องได้รับคะแนนจากการประเมิน ในขั้นตอนประเมินเกณฑ์คุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน (กรณีผู้เสนอราคาได้รับคะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน คณะกรรมการไม่พิจารณา และไม่ให้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคในข้อนี้)

๓. กรณีมีการปนเปื้อนหรือสังสัยว่าจะปนเปื้อน ขณะขนส่งทางผู้จำหน่าย ต้องดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ทั้งหมดทันทีภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งผ่านผู้แทนจำหน่าย

๔. บริษัทผู้ขาย ต้องรับผิดชอบให้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ หรือมีความบกพร่อง

๕. โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย หากพบความบกพร่องด้านคุณภาพหรือบริการ ซึ่งมีผลต่อการทำงานและการให้บริการผู้ป่วย จะทำการยกเลิกสัญญา หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้

๖. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๖.๑ อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๓ ปีก่อนหมดอายุ

๖.๒ กำหนดส่งมอบของภายใต้ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล

๖.๓ เอกสารรับรองคุณภาพต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย

๖.๔ แคตตาล็อก หรือแบบรูประยการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ นายอนันธ์ สารมณี

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นางจิราภา แสงคำ

กรรมการ

ลงชื่อ นางสาวสุมนต์ แสงเงิน

กรรมการ

**แบบประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)
สรุปผลการประเมินคุณภาพวัสดุการแพทย์**

รายการ ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๕,๓๙๐ แพ็ค

อธิบาย ๑. การประเมินคุณภาพครั้งนี้เป็นเอกสารประกอบ การพิจารณาการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ (แบบ ๒๔ นาที) จำนวน ๕,๓๙๐ แพ็ค

๒. ขอความร่วมมือประเมินเพื่อประเมินให้คะแนน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดซื้อและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ข้อมูลประกอบการประเมิน


บริษัท/หจก.

ค่าน้ำหนัก	เกณฑ์การพิจารณา	ผลปรับค่า น้ำหนัก	หมายเหตุ
๑๐%	ราคากล่อง (๑๐คะแนน) ๑. เกณฑ์ราคา (Price)		
	๒. เกณฑ์คุณสมบัติอื่นๆ (Performance) (๘๐คะแนน) ๒.๑ ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูปอ่านผลภายใน ๒๔ นาที สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำให้ปราศจากเชื้อด้วย เครื่องนึ่งระบบไอน้ำ ระบบ Prevacuum และใช้อ่านผลกับเครื่อง อ่านผล รุ่น ๔๙๐ หรือ ๔๙๐H ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล (๑๐ คะแนน)		
๘๐%	๒.๒ ห้องทดสอบทางชีวภาพแบบสำเร็จรูป ประกอบด้วย หลอด ตรวจสอบทางชีวภาพ ๑๔๕๗V ภายใต้หลอด ประกอบด้วยเชื้อ Geobacillus stearothermophilus ATCC® ๗๘๕๓ จำนวน สปอร์ “ไม่ต่ำกว่า ๑.๐ x ๑๐ ^๖ CFU และอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐาน ISO ๑๗๓๘ Parts ๑&๓ : ๒๐๑๗ และมีตัวตรวจสอบทางเคมี ๑๒๕๓A ที่อยู่ภายใต้ ห้องทดสอบ ช่วยในการอ่านผลได้ทันที ในกรณีเร่งด่วนที่ต้องมีการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกไปใช้ก่อนทราบผล การทดสอบด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ผลิตได้ตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO ๑๗๔๐-๑:๒๐๑๔ ชนิด Type A ได้รับเครื่องหมาย Kitemark เลขที่ KM ๖๕๗๕๓๓ จาก BSI (๑๐ คะแนน)		
	๒.๓ แผ่นกระดาษ ภายใต้จำลองสภาพะในการทดสอบ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับห้องเครื่องผ้า ๑๖ towel pack ซึ่งกำหนดไว้โดย The Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) (๑๐ คะแนน)		
	๒.๔ ฉลากบนห้อง ระบุ lot. number และ วันหมดอายุ พร้อมทั้งแผ่นวงกลมสีเหลืองนวล เพื่อใช้เป็น process indicator ในการบ่งชี้ว่า ห้องทดสอบได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว (๑๐ คะแนน)		

ค่าน้ำหนัก	เกณฑ์การพิจารณา	ผลปรับค่าน้ำหนัก	หมายเหตุ
	๒.๕ อ่านผลได้ภายใน ๒๔ นาที เมื่อใช้ร่วมกับ เครื่อง Attest Auto - reader รุ่น ๔๘๐ หรือ ๔๘๐H ซึ่งเป็นเครื่องอ่านผล ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล (๑๐ คะแนน)		
	๒.๖ ค่าความน่าเชื่อถือ ในการอ่านผล $\geq 87\%$ ตามข้อกำหนดของ FDA ๕๑๐ (k) เรื่อง การลดระยะเวลาในการอุ่นเข้าและอ่านผล (๑๐ คะแนน)		
	๒.๗ ภายในกล่องบรรจุ Quality Assurance Certificate ระบุ รายละเอียด ของจำนวนสปอร์ต, Survival/Kill time D-Value ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO ๑๓๖๓๗-๑ :๒๐๑๗ (๑๐ คะแนน)		
	๒.๘ ขนาดบรรจุ ๒๔ ห่อ ทดสอบต่อหนึ่งกล่อง พร้อมทดสอบควบคุม จำนวน ๒๔ หลอด (๑๐ คะแนน)		
	๒.๙ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ISO ๙๐๐๑ (๑๐คะแนน)		
	รวมคะแนน		
	รวมคะแนนทั้งสิ้น		

.....

 ประ찬กรรมการ
 (นายอนุพันธ์ สารมณี)

.....

 กรรมการ
 (นางจิราวดา แสงคำ)

.....

 กรรมการ
 (นางสาวสมนต์ แสงเงิน)