

แบบประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

สรุปผลการประเมินคุณภาพวัสดุการแพทย์

รายการ กระบอกฉีดยาอินซูลิน ขนาดเข็ม ๓๐G ยาว ๘ มิลลิเมตร ชนิด ๐.๕ มิลลิลิตร

บริษัท/หจก.

ลำดับ	รายการ	คะแนน เต็ม ๑๐๐	ผลการทดสอบ			รวมคะแนน
			ปรับปรุง (๐)	พอใช้ (๕)	ดี (๑๐)	
๑.	ความจุ					
๒.	มาตราส่วนแสดงความจุ					
๓.	ตัวกระบอก					
๔.	ลูกสูบและก้านฉีด					
๕.	หัวฉีด					
๖.	การรื้อชิ้น					
๗.	การหล่อสี					
๘.	ปริมาณคงค้างในเข็มและปลายหลอด ฉีดยา (ต้องไม่มากกว่า ๐.๐๑ มิลลิลิตร)					
๙.	การบรรจุ					
๑๐.	ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์					
รวมคะแนนทั้งสิ้น						

.....ประธานกรรมการ
(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)

..... กรรมการ
(นางสาวสุรีพร อิศวีรานนท์)

..... กรรมการ
(นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรีชา)