

**รายละเอียดลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มีไข้ยาและวัสดุการแพทย์
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)**

รายการ : ชุดทำแผลปลอดเชื้อ

๑. ความต้องการ

ชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน ๕๐๕,๗๕๒ ชุด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อเตรียมการจัดหาวัสดุการแพทย์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดทำแผลซึ่งประกอบด้วยผ้าก๊อซ, สำลีก้อน, ปากคีบ, บรรจุในซองปิดสนิททำให้ปลอดเชื้อพร้อมสำหรับการใช้งาน

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. ผ้าก๊อซทำจากฝ้ายแท้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างดีสีขาว ปราศจากสารเรืองแสงฟอกขาว มีความเหนียวไม่เปื่อยง่าย ทนความร้อนแรงดันไอน้ำได้ดี

๒. สามารถดูดซับสารน้ำ/เลือด ได้ดี ใช้เส้นด้ายเบอร์ ๔ เส้นยืน ๒๔ เส้น เส้นพุ่ง ๒๐ ต่อ ๒.๕๔ ตารางเซนติเมตร และน้ำหนัก ๒๔.๕ ถึง ๓๑.๑ กรัมต่อตารางเมตร (จำนวน ๑๐๐ ชุด/ห่อ) ผ้าก๊อซที่ใช้เป็นผ้าโปร่งชั้นเดียวที่พับทบกันเป็นชั้น ๆ รูปสี่เหลี่ยม

๓. พับมีขนาดกว้าง X ยาว ๓X๓X๘ Ply. และขนาดกว้าง X ยาว ๒X๒X๘ Ply.

๔. ผ่านกรรมวิธีทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทิลีนออกไซด์ ติดแถบเคมีภายนอกของทุกซองให้ชัดเจน ระบุวิธีการอบฆ่าเชื้อไว้หน้าของทุกซอง บนซองแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชัดเจน ระบุวันที่ผลิตวันที่หมดอายุบนซองบรรจุ และเป็นซองทางการแพทย์ความหนาไม่น้อยกว่า ๖๐ แกรม ปิดผนึกซองด้วยความร้อน และสามารถเปิดใช้ได้สะดวก โดยเหลือขอบซองไว้สำหรับเปิดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๕. ชุดทำแผลชนิดปราศจากเชื้อ ๑ ชุด ประกอบด้วย

๕.๑ ผ้าก๊อซพับ ขนาด ๓X๓ ๘ ชั้น จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒ ชั้น

๕.๒ ผ้าก๊อซพับ ขนาด ๒X๒ ๘ ชั้น จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒ ชั้น

๕.๓ สำลีก้อน ขนาด ๐.๓๕ กรัม จำนวนไม่ต่ำกว่า ๘ ก้อน

๕.๔ Forcep ๑๓ cm. จำนวนไม่ต่ำกว่า ๒ ชิ้น

๕.๕ ภาชนะ ๑ ใบ

๕.๖ ซอง Sterile สำเร็จรูป ขนาด ๑๕X๓๐ cm. ๑ ใบ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง ชุดทำแผลปลอดเชื้อ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อประกอบการพิจารณา และให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาผล ให้คะแนนคุณภาพ ตามที่ได้กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

๒. ผู้เสนอราคาต้องได้รับคะแนนจากผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน (กรณีผู้เสนอราคาได้รับคะแนนต่ำกว่า ๖๐ คะแนน คณะกรรมการไม่พิจารณาและไม่ให้ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคในข้อนี้)

๓. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้โรงพยาบาลต้องมีอายุนับจากวันผลิตไม่เกิน ๑ ปี ในวันส่งมอบ

๔. ผู้ขายต้องรับผิดชอบให้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุหรือมีความบกพร่อง

๕. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่ายหากพบความบกพร่องด้านคุณภาพ หรือบริการ ซึ่งมีผลต่อการทำงานและการให้บริการผู้ป่วยจะเป็นการยกเลิกสัญญา หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นได้


๖. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๖.๑ อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๓ ปี ก่อนหมดอายุ

๖.๒ กำหนดส่งมอบของภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล

๖.๓ เอกสารรับรองคุณภาพต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย

๖.๔ แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


.....ประธานกรรมการ
(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)


.....กรรมการ
(นางสาวสุรีย์ อิศวिरานนท์)


.....กรรมการ
(นางสายหยุด อมรลักษณปรีชา)

แบบประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

สรุปผลการประเมินคุณภาพวัสดุการแพทย์

รายการ ชุดแผลปลอดเชื้อ

บริษัท/หจก.

ลำดับ	รายการ	คะแนน เต็ม ๑๐๐	ผลการทดสอบ			รวมคะแนน
			ปรับปรุง (๐)	พอใช้ (๕)	ดี (๑๐)	
๑.	(ชุดผ้าก๊อสปับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละชั้นมีขนาดเท่ากัน ๓X๓X๘ply ๒ ชั้น และ ๓X๓X๘ply ๒ ชั้น					
๒.	ผลิตจากผ้าฝ้ายขาวสะอาด					
๓.	เส้นด้ายผ่านการทอเป็นตารางสม่ำเสมอไม่โย้เอียง,เส้นด้ายไม่มีปมไม่ขาด,ไม่มีรอยต่อ					
๔.	นึ่งโดย Autoclave โดยเส้นด้ายไม่ขาด เมื่อผ่านการฆ่าเชื้อ					
๕.	ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สีไม่เปลี่ยน					
๖.	ไม่ปรากฏริ้วผ้า โดยซ่อนริ้วผ้าไว้ด้านในแต่ละชั้น โดยไม่ปรากฏริ้วผ้า					
๗.	ความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น					
๘.	ปากคืบ,คุณภาพดี					
๙.	รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ปิดเรียบร้อยสนิท					
๑๐.	การดูดซึมของผ้าก๊อสปับและสำลีก่อนดูดซับได้ดี					
รวมคะแนนทั้งสิ้น						

.....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)

.....กรรมการ

(นางสาวสุรีพร อิศวีรานนท์)

.....กรรมการ

(นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรีชา)