

แบบประเมินคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก)

สรุปผลการประเมินคุณภาพวัสดุการแพทย์

รายการ ชุดทำแผลปลอดเชื้อ

บริษัท/หจก.

ลำดับ	รายการ	คะแนน เต็ม ๑๐๐	ผลการทดสอบ			รวมคะแนน
			ปรับปรุง (๐)	พอใช้ (๕)	ดี (๑๐)	
๑.	(ชุดผ้าก๊อสปับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละชั้นมีขนาดเท่ากัน ๓x๓x๘ply ๒ ชั้น และ ๒x๒x๘ply ๒ ชั้น)					
๒.	ผลิตจากผ้าฝ้ายขาวสะอาด					
๓.	เส้นด้ายผ่านการทอเป็นตารางสม่ำเสมอไม่โย้เอียง,เส้นด้ายไม่มีปมไม่ขาด,ไม่มีรอยต่อ					
๔.	นึ่งโดย Autoclave โดยเส้นด้ายไม่ขาดเมื่อผ่านการฆ่าเชื้อ					
๕.	ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว สีไม่เปลี่ยน					
๖.	ไม่ปรากฏริ้วผ้า โดยซ่อนริ้วผ้าไว้ด้านในแต่ละชั้น โดยไม่ปรากฏริ้วผ้า					
๗.	ความหนาตามชั้นที่ระบุไว้ ๘ ชั้น					
๘.	ปากคืบ,คุณภาพดี					
๙.	รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ปิดเรียบร้อยสนิท					
๑๐.	การดูดซึมของผ้าก๊อสปับและสำลีก่อนดูดซับได้ดี					
รวมคะแนนทั้งสิ้น						

.....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)

..... กรรมการ

(นางสาวสุรีพร อิศวีรานนท์)

..... กรรมการ

(นางสายหยุด อมรลักษณ์ปรีชา)